

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту:

lebedeva.gv@titan-group.ru Лебедева Галина Владимировна - тел. (8112) 22-20-98, доб. 2318

В теме письма необходимо указать «Тендер (сайт) №...»

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Окончание подачи заявок: до 12.00 МСК 23.10.2026г.

Поставка: обязательное условие поставка до 15.12.2026

Печь муфельная FP-310C– 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ

1. Сведения об объекте и методе исследования, области применения
Объект исследования: полиэтилентерефталат (далее ПЭТФ), полибутилентерефталат (далее ПБТ) и др., компаунды на их основе
Метод исследования: ГОСТ 15973 (СТ СЭВ 2540) и др.
Область применения / назначения: определение зольности
2. Технические сведения об оборудовании
Общая характеристика оборудования:
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлено не ранее 2025 г.
Технические и метрологические характеристики оборудования:
Диапазон рабочих температур: от не более 100 до не менее 1150°C
Объем камеры: не менее 7,5 л, но не более 11 л
Точность регулировки температуры: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Время достижения максимальной температуры, не более: 100 мин
Наличие вентилятора охлаждения
Тип вентилятора: осевой
Исполнение: раздельное исполнение камеры и блока управления
Управление температурой: PID-контроллер на основе микропроцессора
Таймер: 1 мин – 99ч 59 мин и 999 ч 50 мин (не хуже)
Нагревательные элементы изолированные
Режимы работы: фиксированная температура, работа по таймеру, работа по шаблону
Внутренние размеры (ШхГхВ), не менее: 200 x 250 x 150 мм
Наличие датчика температуры не хуже R-термопара
Наличие выпускного канала
Диаметр выпускного канала: 20 мм
Расположение выпускного канала: сверху
Наличие калибровки смещения, режима восстановления после аварийного отключения питания, блокировки клавиш
Наличие керамической подовой плиты
Нагреватель: железо-хромовая проволока 2,4 кВт
Нагревательные элементы должны быть изолированы (расположены за керамическими плитами из глинозёмистого фарфора)
Внутренний материал: керамическое волокно
3. Требования к комплекту документации
1. Письмо-авторизация от компании-изготовителя оборудования или компании уполномоченной изготовителем представлять свои интересы в РФ (если применимо)
2. Сертификат соответствия ТР ТС или декларация о соответствии ТС
3. Техническая и эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации, инструкции оператора и т.д.) на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде
4. Сведения о сервисе и технической поддержке
Сервис и техническая поддержка:
1. Упаковка, доставка, разгрузка по адресу: 180502, Псковская область, деревня Моглино, район Псковский, с.п. Тямшанская волость, ОЭЗ ППТ Моглино
2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с даты поставки
5. Условия эксплуатации оборудования

Размещение: ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг»
Температурный режим эксплуатации: от плюс 10 до плюс 35 °С
Относительная влажность воздуха: от 45 до 85 %
Режим работы, ч/сут.: 24 ч/сут.

Разработал:

Заместитель генерального директора



Е.В. Веселова

Согласовано с рабочей группой, согласно приказу от 29.07.2026 г. № ПР-10-26.